

Hygienische Anforderungen an Patientenbetten



Checkliste für Hygienekontrollen in Krankenhäusern zur Bettenhygiene

Nutzen Sie diese Checkliste, um sicherzustellen, dass Ihre Reinigungs- und Hygieneprozesse den aktuellen Vorgaben der DGKH entsprechen

1. Das Bett

- ☐ Sind alle Oberflächen des Bettes und des Zubehörs glatt und geschlossen?
- ☐ Können sich am Bett oder im Zubehör Flüssigkeitsreste sammeln?
- ☐ Ist das Bett für die Aufbereitung leicht zu demontieren und weist es eine einfache Kubatur auf, um den Reinigungsaufwand zu reduzieren?

2. Matratzen

- ☐ Sind Matratzen in einem wischdesinfizierbare, flüssigkeits- und erregerdichten Encasing?
- ☐ Wird das Encasing bei jeder Bettenaufbereitung auf Beschädigung überprüft?
- ☐ Werden Defekte Encasings/Matratzen umgehend ausgetauscht?
- ☐ Werden Encasings bei Patientenwechsel wischdesinfiziert?

3. Kopfkissen, Decken und Bettwäsche

- ☐ Sind Kopfkissen und Decken mit Encasings geschützt?
Sind Kopfkissen und Decken im Desinfektionswaschverfahren aufbereitbar?
- ☐ Werden Encasings bei Patientenwechsel wischdesinfiziert und defekte getauscht?
- ☐ Wird die Bettwäsche bei Patientenwechsel in einem validierten desinfizierenden Waschverfahren aufbereitet?

4. Patientenplatzaufbereitung

- ☐ Werden täglich patientennahe Kontaktflächen am und um das Bett desinfiziert?
- ☐ Wird das Bett bei jedem Patienten vollflächig aufbereitet?
- ☐ Werden bei Patientenwechsel alle Kontaktflächen wie Bedienelemente am Bett aufbereitet?
- ☐ Sind aufbereitete Betten als solche eindeutig gekennzeichnet?
- ☐ Werden bei Patientenwechsel auch der Nachtschrank, der Patientenschrank, Telefone und andere einem Patienten zugeordnete Objekte aufbereitet?

